

ベリックスNチェア・ベルポート動作時の安全上のご注意

- チェア一動作時には、使用前に各部が正常かつ安全であり、周囲に障害物がない事を確認してください。
- チェア一可動部において、思わぬ事故が発生する恐れがあります。図の▼注意ポイントに気をつけて、チェア一動作時には、患者さん（特にお子さん）から目を離さないようにしてください。

